

Дом здравља „Смедерево“ Смедерево
Број: 2 Т-10
Датум: 29.04.2015.

Сходно члану 63 ЗЈН, а у вези јавне набавке број 2 Т, набавка потрошног материјала, на питање потенцијалних понуђача која гласе:

1. „У партији 49, да ли захтевани брис треба да буде на пластичном или дрвеном штапићу?“

Наручилац даје следећи одговор:


Потребно је да брис буде на дрвеном штапићу не краћем од 170 mm.

2. „У партији 69, која је тражена количина комплета за брис?“

Наручилац даје следећи одговор:

Тражена количина је 200 комада.

За комисију





В.Д. ДИРЕКТОР
„Дома здравља „Смедерево“

Др мед. Радиша Мијаиловић
