

Република Србија
ДЗ „СМЕДЕРЕВО“
Број: 39 ЈНМВ - 16
Дана: 02.12.2015. године
С м е д е р е в о

ПРЕДМЕТ: Одговор на захтев за додатним појашњењем
јавне набавке дефибрилатора број: 39 ЈНМВ

Сходно члану 63. ЗЈН, а у вези јавне набавке мале вредности, набавка дефибрилатора за потребе Службе за хитну медицинску помоћ, број: 39 ЈНМВ, ДЗ „Смедерево“ Смедерево, на захтев за додатно појашњење потенцијалног понуђача који гласи:

Питанје бр. 1:

Да ли је за наруџиоца битно да апарат има: „Папуџице на себи треба да поседују уграђено дугме за пуњење и пражњење енергије као и светлосни индикатор квалитета контакта са кожом пацијента у пет нивоа“ – Имајући у виду да се предметном карактеристиком добија да корисник увек може видети какав контакт папуџице имају са пацијентом (што може помоћи приликом дефибрилације, приликом аутоматском одређивања апарата да ли је аритмија постоје код пацијента или не), сматрамо да наруџилац треба да дефинише апарат на начин који техничку спецификацију чини дефинисаном у циљу добијања најквалитетније могуће понуде. Стога уколико је предметна карактеристика битна за наруџиоца да ли ће исту дефинисати у минималним техничким захтевима?

Питанје бр.2:

Да ли је за наруџиоца битно да апарат поседује „Избор нивоа енергије дефибрилације од 1 до 360 Ј бифазично“ као и „Подшавање дефибрилације у корацима од 1 до 10 Ј (за поједан корак) и затим 10,20,30,50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 и 360 Ј“ – Сматрамо да када се врши дефибрилација DECE, апарат максимално SME испоручити енергију дефибрилације од 50J, док се чеšће врши и са мањом енергијом (све у зависности од тежине и величине детета). Сматрамо да наруџилац треба да дефинише апарат на начин који техничку спецификацију чини дефинисаном у циљу добијања најквалитетније могуће понуде. Стога уколико је предметна карактеристика битна за наруџиоца да ли ће исту дефинисати у минималним техничким захтевима?

Питанје бр. 3:

Да ли је за наруџиоца битно да апарат поседује „Брзина пуњења од 0 до 360 Ј, са мрежним напајањем максимално 6 секунди“ Имајући у виду да се предметном карактеристиком добија да корисник може што пре извршити дефибрилацију и довести срчани ритам пацијента у нормалу, а самим тим и спасити живот пацијента, сматрамо да наруџилац треба да дефинише апарат на начин који техничку спецификацију чини дефинисаном у циљу добијања најквалитетније могуће понуде. Стога уколико је

predmetna karakteristika bitna za naručioca da li će istu definisati u minimalnim tehničkim zahtevima?

Pitanje br.4:

Da li je za naručioca bitno da aparat poseduje „Брз опоравак базне линије ЕКГ након дефибрилације макс. 3 секунде“ – Имајући у виду да је изузетно битно за корисника да се ЕКГ линија након дефибрилације што пре унормали, како би корисник могао да види да ли је срећни ритам пацијента враћен у нормалу или је потребно што пре извршити следећи шок, сматрамо да наруčilac треба да дефинише апарат на начин који техничку спецификацију чини дефинисаном у циљу добијања најквалитетније могуће понуде. Стога уколико је предметна карактеристика битна за нaručioca да ли ће исту дефинисати у минималним техничким заhtevима?

Pitanje br.5:

Da li je za naručioca bitno da aparat poseduje „Мод превенције изненадне смрти“ – Имајући у виду да је мод превенције изненадне смрти, мод који приликом мониторинга пацијента преко дефибрилатора (приликом транспорта) уколико дође до изненадне вентикларне фибрилације или изненадне вентикларне тахикардије корисник може брзо реаговати пуњењем апарата до потребне енергије како би корисник само могао да притисне дугме за испоручу енергије, сматрамо да наруčilac треба да дефинише апарат на начин који техничку спецификацију чини дефинисаном у циљу добијања најквалитетније могуће понуде. Стога уколико је предметна карактеристика битна за нaručioca да ли ће исту дефинисати у минималним техничким заhtevима?

Pitanje br.6:

Da li je za naručioca bitno da aparat poseduje „Функција ауто секвенцијалног пуњења – када је укључено омогућава апарату да почне да пуни, пуњење које је већ дефинисано раније од стране корисника (може се подесити за први, други и трећи шок), тако да апарат може достићи жељену енергију без померања селектора“ Имајући у виду да је функција ауто секвенцијалног пуњења, изузетно битна за корисника јер омогућава брзу реакцију приликом дефибрилације и може помоћи приликом спасавања пацијента, сматрамо да наруčilac треба да дефинише апарат на начин који техничку спецификацију чини дефинисаном у циљу добијања најквалитетније могуће понуде. Стога уколико је предметна карактеристика битна за нaručioca да ли ће исту дефинисати у минималним техничким заhtevима?

Pitanje br. 7:

Da li je za naručioca bitno da aparat poseduje „Тежина апарата до 7 кг са целим сетом (батерија, апарат, падле)“ – Напомињемо да је боље да се захтева мања тежина апарата, како би кориснику било лакше да ради са њим уколико је потребно да се дефибрилација врши на терену, сматрамо да наруčilac треба да дефинише апарат на начин који техничку спецификацију чини дефинисаном у циљу добијања најквалитетније могуће понуде. Стога уколико је предметна карактеристика битна за нaručioca да ли ће исту дефинисати у минималним техничким заhtevима?

Pitanje br.8:

Da li je za naručioca bitno da aparat poseduje „Могућност надоградње за мониторинг капнографије EtCO2 (интубирано и неинтубирано)“ – Имајући у виду да опцијом надоградње корисник било када може свој дефибрилатор побољшати и учинити још напреднијим, сматрамо да наруčilac треба да дефинише апарат на начин који техничку спецификацију чини дефинисаном у циљу добијања

најквалитетније могуће понуде. Стога уколико је предметна карактеристика битна за нaručioca да ли ће исту дефинисати у минималним техничким заhtevима?

Pitanje br.9:

Da li je za naručioca bitno da aparat poseduje „Могућност надоградње за мониторинг NIBP-a“ - Имајући у виду да опцијом надоградње корисник било када може свој дефибрилатор побољшати и учинити још напреднијим, сматрамо да наруčilac треба да дефинише апарат на начин који техничку спецификацију чини дефинисаном у циљу добијања најквалитетније могуће понуде. Стога уколико је предметна карактеристика битна за нaručioca да ли ће исту дефинисати у минималним техничким заhtevима?

1. Наручилац даје следеће појашњење у вези питања потенцијалног понуђача да ли су поједине карактеристике битне да апарат поседује, које је он у својим питањима навео.

У складу са захтевима потенцијалних понуђача наручилац је извршио Измену и допуну конкурсне документације број: 39 ЈНМВ-8 коју је објавио на Порталу и интернет страници наручиоца дана 30.11.2015. године и где је у последњој измени и допуни конкурсне документације, навео измену тежине апарата која је до 7 кг са пратећим сетом (батерија, педале и батерија). Наручилац упућује потенцијалног понуђача да изврши увид у Измену и допуну конк.докум. наручито из разлога што су поједина питања која су постављена, као на пример: „мод превенције смрти“ у измени и допуни конк.докум. ова карактеристика је изостављена.

Такође и остала питања су обухваћена Изменом и допуном конкурсне документације. Карактеристике које су дате у измени и допуни конк.документације су минималне карактеристике које апарат треба да поседује.

За комисију:

